

# 入札公告

平成27年12月17日

独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
理事長 小川 康 恭

## 1 競争入札に付する事項

- (1) 件名数量  
研究用機器「CO<sub>2</sub>インキュベーター」一式の購入
- (2) 調達案件の仕様等  
入札説明書のとおり。

## 2 競争参加資格に関する事項

- (1) 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者でないこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
- (2) 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があつた後2年間を経過している者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
  - ① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
  - ② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者。
  - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
  - ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
  - ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。
  - ⑥ ①～⑤の一に該当する事実があつた後2年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者。
- (3) 平成25・26・27年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の製造」又は「物品の販売」でA、B、C又はD等級に格付けされている者。
- (4) 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。
- (5) 本件調達の仕様を満たすことを説明できる、製品の資料を下記期限までに提出すること。

提出期日 平成28年1月14日（木）17時まで

提出場所 神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第2係

## 3 入札説明

日時：入札参加希望者の要望に応じて随時（平日9時～12時、13時～17時）

場所：〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1

独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務課経理第二係

TEL：044-865-6111 FAX：044-865-6116

## 4 入札及び開札

### (1) 入札書の提出

入札書は郵送又は入札会場への持参により受け付ける。

ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達記録が残るもので開札日（平成28年1

月21日)の11時までに必着のこと。

郵送先：〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1

独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務課経理第二係

(2) 入札及び開札の日時、場所

日時 平成28年1月21日(木) 14:00

場所 〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1

独立行政法人労働安全衛生総合研究所管理棟1階会議室

5 その他

(1) 入札保証金に関する事項

入札保証金の納付を免除する。

(2) 入札の無効

上記2に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。

(3) 契約書作成の要否

要。

(4) 契約に係る情報の公表に関する事項

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。

以 上

## <独立行政法人の契約に係る情報の公表>

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。

### (1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

- ① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
- ② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

### (2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額、法人番号等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

- ① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
- ② 当研究所との間の取引高
- ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨  
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
- ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

### (3) 当方に提供していただく情報

- ① 契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
- ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

### (4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

### (5) その他

応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承ください。

# 入札説明書

## 1 競争入札に付する事項

### (1) 件名

「CO<sub>2</sub>インキュベーター」一式の購入  
仕様は別紙仕様書を参照のこと。

### (2) 納入期限

平成28年3月11日(金)

### (3) 納入場所

独立行政法人労働安全衛生総合研究所（登戸地区）  
研究本館4階403号室

## 2 入札心得

(1) 入札価格は、仕様書に基づいて算出した価格により入札を行う。

(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって、当法人の規程に定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申し込みをした者のうち最低価格の入札者を落札者とする。

※入札書の金額は消費税込みの額を記載すること。

(3) 入札書の形式は別添様式とする。

(4) 入札書の宛名は、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」宛とすること。

(5) 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。

入札書は封筒に入れ封緘し、封筒の閉じ目3箇所代表者印を押印して提出すること。封筒の表面に「CO<sub>2</sub>インキュベーター 一式」と記載すること。

(6) 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。

(7) 入札書における金額訂正は行わないこと。

(8) 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、そのための入札書を用意すること。

なお、郵送による入札の場合には再度入札には参加できない。

## 3 入札者に求められる義務

(1) この入札に参加を希望する者は、入札公告2(3)の競争参加資格を有することを証明する書類（競争参加資格の写し）を入札時まで提出しなければならない。なお、郵送の場合は入札書に同封してもよい。

(2) 本件調達の仕様を満たすことを説明できる、製品の資料を下記期限までに提出すること。

提出期日 平成28年1月14日(木) 17時まで

提出場所 神奈川県川崎市多摩区长尾6-21-1

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第2係

#### 4 再度入札について

- (1) 入札の最低価格が予定価格を超えている場合には、その場で再度入札を行うので、そのための入札書を用意すること。
- (2) 再度入札によっても入札が不調となった場合には、日を改めて再度入札を行なう。
- (3) 再度入札の入札金額については、1回目入札の入札金額より低い金額をもって入札しなければならない。その際、再度入札することができない者は辞退することができる。

#### 5 その他

- (1) 入札保証金に関する事項  
入札保証金の納付を免除する。
- (2) 入札の無効  
上記3に示した「入札者に求められる義務」の要件を満たさない者のした入札は、これを無効とする。
- (3) 契約書作成の要否  
要
- (4) 質問等  
本件入札に係る質問については、必ず書面（文書、FAXまたは電子メール）にて、事前に総務課経理第二係に電話連絡の上、平成28年1月14日（木）正午までに必着で持参、郵便、FAXまたは電子メールで送付すること。

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第二係

TEL : 044-865-6111

FAX : 044-865-6116

E-mail : matsumoto-masafumi@h.jniosh.go.jp

以 上

# 仕 様 書

## 1.調達物品名

CO2 インキュベーター（乾熱滅菌機能付）および付属品 一式

## 2.調達物品の使用目的

実験動物や細胞株を用いた実験研究では、化学物質をばく露した時の器官・臓器・細胞・細胞株等の培養により影響を調べる目的で使用する。

## 3.調達物品の仕様

- (1) 温度制御範囲は培養運転時、室温+5℃～35℃程度の範囲内におさまること。
- (2) 内容積は 145 リットル程度を有すること。
- (3) 装置本体の所要電源は 100V・15A 以内の回路を使用すること。
- (4) CO2 インキュベーター本体の外寸法が幅 600mm、奥行 710mm 程度であり、重量が 75kg 程度であること。
- (5) 内槽壁面加温、エアジャケット方式により温度設定がされるものとする。
- (6) 稼働時の槽内湿度は、95±5%rh 程度であること。
- (7) 使用可能 CO2 濃度範囲は、0～20.0%程度であること。
- (8) CO2 濃度制御幅は、±0.1%（37℃設定、CO2 濃度設定 5%）程度であること。
- (9) 内装は銅合金ステンレス鋼板、外装はクロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板（耐薬品性焼付塗装）を施してあること。
- (10) 160℃以上の乾熱滅菌機能を有していること。
- (11) 湯水検知機能としてサーミスタ方式を採用のこと。
- (12) 断熱材はフェノールフォームであること。
- (13) 槽内の清掃性の維持のために、ボールコーナーと併せて棚板/受けの一体プレス加工がなされていること。
- (14) 内壁の結露・くもり対策として内扉のダイレクト加熱方式を採用していること。
- (15) 炭酸ガスセンサーのオートキャリブレーション機能として2センサ、リアル方式を採用のこと。

## 4.性能，機能以外の要件

- ・法令に基づいた既存装置の引き取り・廃棄を行い、法に基づく適切な廃棄処理を行ったことを示す証明書を研究所に提出すること。なお、証明書には廃棄に掛かった費用の金額を表示すること。
- ・全製品は新品であること。

- ・受注者は、契約成立後、発注者と相談の上、50日間以内に納品を行うこと。
- ・製品はカタログ製品とし、改造・加工を行ったものは不可とする。
- ・調達品に含まれるすべての物品の搬入・据付・配線・配管及び接続にかかる費用は本調達にすべて含まれること。
- ・発注者は100Vコンセント、CO2ボンベ（黄色くび、30kg）および減圧弁を用意する。据え付け初期調整時に必要な電気及びCO2ガスは発注者の負担とする。
- ・物品の搬入日等の調整については、発注者と相談のうえ決定のこと。
- ・納入者は装置の納品設置後、運転操作説明を行うこと。
- ・納入後2年以内は、通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。自然災害による破損、目的使用外による故障は期間内であっても保証の対象としない。
- ・故障時の対応、保守管理等のメンテナンスの体制が整えられていること。

上記要件は調達物品における最低限の基本的性能等を示したものであり、同等の機能を有する機器であるか否かは、労働安全衛生総合研究所総務課経理第二係および担当職員が判断を行う。

平成 年 月 日

# 入札書

独立行政法人 労働安全衛生総合研究所  
理事長 殿

住 所  
名 称  
代 表 者 名

件名  
「CO<sub>2</sub>インキュベーター」一式の購入

本件につき、下記の金額にて入札いたします。

記

入札金額

十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
			,			,			

(税込)

(担当者氏名)

(TEL)

(FAX)